

Ponuditelj: _____

Mjesto: _____

Prilog III.

Adresa: _____

OIB: _____

Predmet nabave: **BIOKEMISKI ANALIZATOR**

R. br	Opis minimalnih tehničkih karakteristika	POTVRDA ZAHTEJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
	BIOKEMISKI ANALIZATOR - KOLIČINA	1
	Osnovne karakteristika:	
1.	Brzina od najmanje 400 biokemijskih analiza na sat + 180 elektrolita	
2.	Start u svako doba, brzi start	
3.	Mogućnost dvosmjernog povezivanja u laboratorijski informatički sustav LIS	
4.	Automatska priprema i otapanje reagenasa označenih bar kodovima	
5.	Mogućnost kalibriranja, kontroliranja i određivanja 47 različitih pretraga iz svih bioloških tekućina istovremeno (seruma, plazme, urina, pune krvi)	
6.	Korištenje jednokratnih mjernih kiveta koje se proizvode na uređaju	
7.	Automatsko razrijeđenje uzoraka kod patoloških rezultata	
8.	Sustav za hlađenje reagenasa na aparatu	
9.	Maximalna potrošnja vode do 5L/sat, bez dodatnih zahtjeva za priključenje uređaja za pripremu vode	
10.	Informatički upravljan sistem (PC uz aparat)	
11.	Reagensi punjeni u kertridže, odmah spremni za uporabu	
12.	Mogućnost dodavanja reagenasa u svakom trenutku rada	
13.	Kalibracije na aparatu stabilne najmanje 2 mjeseca	

14.	Ekran osjetljiv na dodir	
15.	Ultrasonično miješanje reagensa i uzorka	
16.	Minimalno 10 otvorenih kanala za postavljanje reagensa drugih proizvođača	
17.	Mogućnost dodavanja hitnih uzoraka	

Cijena ponude bez PDV-a		
Iznos PDV-a (_____ %)		
Ukupna cijena ponude		

U _____, _____ 2018.

Pečat i potpis odgovorne osobe
