

Ponuditelj: _____

Mjesto: _____

Prilog III.

Adresa: _____

OIB: _____

Predmet nabave: **HEMATOLOŠKI ANALIZATOR**

Tip analizatora _____

Proizvođač: _____

Zemlja porijekla: _____

TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

R. br	Opis minimalnih tehničkih karakteristika	POTVRDA ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (DA/NE) (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike)
	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR - KOLIČINA KOMADA	1
	Osnovne karakteristika:	
1.	Kapacitet - min. 120 uzoraka na sat	
2.	Kvantitativno mjerenje optičkom protočnom citometrijom parametra kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom kvrnim slikom	
3.	Stanični hemoglobin	
4.	Mogućnost optičkog kvantitativnom mjerenja trombocita	
5.	Minimalni raspon Leukociti - 0.02 to 400 x 10 ³ /μl	
6.	Minimalni raspon Eritrociti - 0.0 to 7.0 x 10 ⁶ /μL	
7.	Minimalni raspon Trombociti - 5.0 to 3500 x 10 ³ /μL	
8.	Minimalni raspon Retikulociti - 0.2 to 24.5%	
9.	Mjerni princip - Laser + aktivnost peroksidaze	
10.	Aplikacija uzorka - Autosampler, zatvoreni ručni mod i otvoreni ručni mod	
11.	Umrežavanje analizatora u LIS sustav kod naručitelja	
12.	Pripadajući LCD monitor sa "touch- screenom" i tipkovnica	

13.	Pripadajući pisač s mogućnosti ispisa kontrole kvalitete i dobivenih rezultata pacijenta	
14.	Nosači za uzorke za automatsko brojanje na analizatoru -min. 10 kom	

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos PDV-a (____ %)	
Ukupna cijena ponude	

U _____, _____ 2018.

Pečat i potpis odgovorne osobe
