

**OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53000 Gospić**

**Ur. broja: 2125/53- 1409 /19
Gospić, 22. svibnja 2019. godine**

Sukladno članka 131 stavak 1. točka 2 c Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i članka 3. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/2017) javni naručitelj utvrđuje sljedeću

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave**

Predmet nabave: Jednogodišnje redovno servisno održavanje medicinskog uređaja i opreme proizvođača SHIMADZU

Evidencijski broj nabave: 03/2019-JN

Gospić, svibanj 2019. godine

I. OPĆI PODACI

1. Naziv i sjedište naručitelja:

Opća bolnica Gospić
Kaniška 111, 53000 Gospić
Telefon: 053 572-917,
Telefaks: 053/658-596
OIB: 75672221336
Adresa elektroničke pošte:
ured.ravnateljja@obgospic.hr

2. Kontakt služba – osoba:

Odsjek za nabavu:
Kontakt osoba: bacc. ing. sec. Ivan Marković;
Telefon/telefaks: 053/572-515;
Adresa elektroničke pošte: ivan.markovic@obgospic.hr;

3. Vrsta postupka javne nabave: Pregovarački postupak bez prethodne objave sukladno odredbi članku 131 stavak 1. točka 2 c . Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

4. Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna bez PDV-a

5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 80 zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Ne postoji gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj Opća bolnica Gospić u sukobu interesa

6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): ugovor o javnoj nabavi usluge.

7. Sklapa se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: ugovor o javnoj nabavi.

8. Elektronička dražba: ne provodi se.

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Predmet nabave: Jednogodišnje redovno servisno održavanje medicinskog uređaja i opreme proizvođača SHIMADZU

2. Opis usluge Jednogodišnje redovno preventivno servisiranje medicinskog uređaja i opreme proizvođača SHIMADZU

- Kontrola sistemskih parametara, provjera stanja litijevih baterija
- Kalibracija photo timera
- Kontrola i podešavanje kolimatora
- Kontrola VN kabela i zamjena izolacionih gumica prema potrebi
- Provjera i po potrebi kalibracija RTG cijevi kV, mA
- Kalibracija PDF-a
- Kontrola generatora
- Kontrola i podešavanje mehaničkih dijelova aparata
- Čišćenje i podmazivanje
- Testiranje i kontrola kvalitete slike ili ispisa
- Testiranje i kontrola hardware – modula
- Sigurnosni pregledi električnih priključaka
- Mjerenje konstantnosti