

Temeljem članka 290. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ovlaštteni predstavnici Naručitelja sačinili su

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Naziv i sjedište naručitelja: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ, Kaniška 111, 53000 Gospić
Telefon: 053/572-917; Telefaks: 053/658-596
OIB: 75672221336
Adresa elektroničke pošte:
ured.ravnatelj@obgospic.hr
Služba nabave: Tel./telefaks: 053/572-515
Adresa elektroničke pošte: ivan.marković@obgospic.hr

2. Predmet nabave: Brzi antigenski testovi za detekciju virusa SarsCov-19

3. Evidencijski broj nabave: 29/2022-JN

4. Vrsta postupka javne nabave: Na temelju članka 15. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

5. Broj poziva za dostavu ponuda: Ur. broj: 2125/53 – 3136/22 od 02. studenog 2022. godine

6. Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 24. 11. 2022. godine

Pregled i ocjenu ponuda obavljaju ovlaštteni predstavnici Javnog naručitelja:

- Božica Rukavina, mag. pharm
- Ivan Marković, bacc. ing. sec.
- Katarina Zorić, mag. oec.

7. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redosljedu zaprimanja ponuda. Do roka za dostavu ponuda dostavljena su tri ponude ponuditelja i to:

MEDI - LAB d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, 10 000 Zagreb OIB: 77804145433, Broj ponude: 143-2022, datum ponude: 04.11.2022. godine, datum dostave ponude 07.11.2022. godine, Ur broj: 2125/53-3188/22

PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o., Hondlova 2/4, 10 000 Zagreb, OIB: 49518016639, Broj ponude: PL11112022, datum ponude: 08.11.2022. godine, datum dostave ponude 10.11.2022. godine, Ur broj: 2125/53-3261/22

BIOGNOST d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb, OIB: 05273195306, Broj ponude: 90-2022, datum ponude: 09.11.2022. godine, datum dostave ponude 10.11.2022. godine, Ur. broj: 2125/53-3277/22

8. Analitički prikaz traženih i danih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Naziv ponuditelja	MEDI - LAB d.o.o	PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.,	BIOGNOST d.o.o.,
Izjava o nekažnjivosti	da	da	da
Potvrda porezne uprave o stanju	da	da	da

duga			
Isključenje ponude (DA/NE)	NE	NE	NE

9. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Naziv ponuditelja	MEDI - LAB d.o.o	PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.,	BIOGNOST d.o.o.,
Gospodarski subjekt (ponuditelj) mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.	da	da	da
TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST GOSPODARSKOG SUBJEKTA (PONUDITELJA) TE DUKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST			
1. Test mora imati CE certifikat i IVD oznaku	da	ne	da
2. Test se treba nalaziti na listi testova (izdala Europska komisija) odobrenih za prelazak granica unutar Europske Unije	da	ne	da
3. Test mora imati "Potvrdu primitka obavijesti" o stavljanju u promet medicinskih proizvoda od strane HALMEDA	da	ne	da
4. Test mora biti validiran prema odgovarajućim kriterijima propisanih od ECDC-ja i WHO za osjetljivost i specifičnost	da	ne	da
5. Mogućnost korištenja testa za testiranje asimptomatskih osoba i pacijenata sa simptomima COVID-a	da	ne	da
6. Mogućnost detekcije novih sojeva virusa (britanski, južnoafrički, brazilski)	da	ne	da
7. Osjetljivost testa do 10 dana nakon pojave simptoma bolesti.	da	ne	ne
8. Test se treba izvoditi na uzorcima brisa nazofarinksa i brisa nosa.	da	ne	ne
9. U brisu nosa osjetljivost testa treba biti : > 97 %, a specifičnost: > 99 % (podaci s europske liste preporučenih testova)	da	ne	ne
10. U brisu nazofarinksa osjetljivost testa treba biti: > 98 %, a specifičnost: > 99 % (podaci s europske liste preporučenih testova)	da	ne	ne
11. Test treba koristiti monoklonska antitijela na nukleokapsidu.	da	ne	ne
12. Mogućnost da se dodatno isporučiti QC materijal koji sadrži pozitivnu i negativnu kontrolu	da	ne	da
13. Limit detekcije: ≤115 TCID50/mL	da	ne	ne
14. Rezultati unutar: 15 minuta	da	ne	da
15. Rok trajanja: minimalno 24	da	ne	da

mjeseca			
16. Pakiranje treba sadržavati sve potrebno za izvođenje testa	da	ne	da
17. Izjava o sukladnosti proizvođača - dostavlja se uz ponudu	da	ne	da
18. Ovjereni prijevod kataloga, brošure ili upute za rad na kojoj se mogu vidjeti traženi kriteriji.	da	ne	da
Katalog, prospekt proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi. Iz kojeg su točno vidljive tražene karakteristike robe koja se nudi označene markerom s upisanim brojem stranice na kojoj je točno vidljivo tražena karakteristika robe koje se nudi.	da	ne	da
Isključenje ponude (DA/NE)	NE	DA	DA

Ponuda ponuditelja PHARMACIA LABARATORIJ d.o.o., Hondlova 2/4, 10 000 Zagreb odbija se sukladno članku 295. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) iz razloga što u tehničkoj i stručnoj sposobnost i gospodarskog subjekta (ponuditelja) te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Ponuda ponuditelja BIOGNOST d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb odbija se sukladno članku 295. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) iz razloga što u tehničkoj i stručnoj sposobnost i gospodarskog subjekta (ponuditelja) te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ne odgovaraju tehničkim specifikacijama koje su tražene u pozivu za dostavu ponuda.

Obrazloženje

Test ne odgovara u točkama:

Točka 7. U dokumentaciji nigdje se ne može vidjeti da je osjetljivost testa do 10 dana nakon pojave simptoma

Točka 8. Test nije namijenjen za uzorke brisa nosa

Točka 9. Kako test nije namijenjen za uzorke brisa nosa nema ni podatka za osjetljivost i specifičnost iz brisa nosa.

Točka 10. U brisu nazofarinksa osjetljivost je 96,5% a treba biti minimalno 98 %.

Točka 11. Nema podatka da test koristi monoklonalna antitijela na nukleokapsidu

Točka 13. Uopće nije naveden limit detekcije.

10. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

Naziv ponuditelja	MEDI - LAB d.o.o
Popunjen, ovjeren i potpisan Ponudbeni list	da
popunjen TROŠKOVNIK	da
Cjelovita ponuda (broj dijelova ponude)	da (jedan)
Uvezena u cjelinu	da
Pravilno označe stranice	da
Na izvornoj dokumentaciji	da
Ponuda pisana neizbrisivom tintom	da
Ispravci u ponudi sukladni Dokumentaciji za nadmetanje	Nije primjenjivo

(DA/n/p)	
Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponuda	da
Jezik ponude: hrvatski	da
Valuta: kuna	da
Odbijanje ponude (DA/NE)	NE

11. Računska ispravnost ponude

Ponuditelj	MEDI - LAB d.o.o
Cijena ponude prije ispravka računске pogreške	132.300,00 kn
Iznos PDV-a	33.075,00 kn
Ukupna cijena ponude prije ispravka računске pogreške	165.375,00 kn
Cijena ponude nakon ispravka računске pogreške	132.300,00 kn
Iznos PDV-a	33.075,00 kn
Ukupna cijena ponude nakon prihvata računске pogreške	165.375,00 kn
Prihvat računске pogreške (DA; n/p)	n/p

12. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir:

R. br.	Ponuditelj	Iznos ponude bez PDV-a	Iznos ponude sa PDV
1.	MEDI - LAB d.o.o	132.300,00	165.375,00 kn

Razlozi donošenja Odluke o odabiru:

Nakon pregleda i ocjene ponuda, računске provjere i analize sposobnosti te ocjene prihvatljivosti ponuda, ovlašteni predstavnici jednoglasno su donijeli slijedeći

PRIJEDLOG


Predlaže se odgovornoj osobi, ravnatelju Opće bolnice Gospić da po provedenom postupku javne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) evidencijski broj nabave 29/2022-JN, Ur. Broj: 2125/53-3136/22, datum slanja 02. studenog 2022. godine, donese odluku o odabiru najpovoljnije ponude:


Za ovu grupu odabire se ponuda ponuditelja MEDI - LAB d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, 10 000 Zagreb s najnižom cijenom u iznosu 132.300,00 kuna bez PDV-a i ukupnoj cijeni u iznosu 165.375,00 kuna. Ponuda u potpunosti udovoljava uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te se predlaže odabir ovog ponuditelja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda upućuje se ravnatelju radi donošenja odluke o odabiru. Uz Odluku o odabiru svakom ponuditelju se dostavlja preslika Zapisnika.

13. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda : 29. 12. 2022. godine

14. Ime i prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

- Božica Rukavina, mag. pharm 

- Ivan Marković, bacc. ing. sec. 

-Katarina Zorić, mag oec. 

Ur. broj: 2125/53 - 3756 /22

Gospić, 29. 12. 2022. godine